12. Identification par couleurs selon le poids patient:



Poids patient:

Jusqu´à 55 kg FAVUSAN PUNL 55
alvéoles de la tête au siège: rose
alvéoles des talons: blanc cassé
revêtement latéral: menthe

55-150 kg FAVUSAN PUNL 150
alvéoles de la tête au siège: beige
alvéoles des talons: rose revêtement
latéral: bleu marine

135-250 kg FAVUSAN PUNL 250
alvéoles de la tête au siège: gris alvéoles des talons: beige revêtement
latéral: rouge vin

230-480 kg FAVUSAN PUNL 480
alvéoles de la tête au siège: blanc
alvéoles des talons: gris revêtement
latéral: noir

Tous les systèmes sont disponibles avec les housses (partie supérieure) bi-élastiques suivantes:

1 **PUNL Silver:** couleur argent; élimine activement et effectivement le SARM et un grand nombre d´autres agents pathogènes, même après plusieurs années d´utilisation. PUNL Silver agit également contre les agents pathogènes BLSE, E-coli, Clostridium difficile. PUNL Silver agit grâce au revêtement d´argent activement contre les agents pathogènes détaillés plus haut. 99,9% des agents pathogènes meurent par simple contact. L´effet persiste pendant 4 ans en cas d´entretien et d´utilisation corrects.

2 **PUNL SL**: couleur bleu foncé; dessus hyper glissant.

MOLTOPLAST healthcare

TÜV CERT

MOLTOPLAST A-6020 Innsbruck · Egger-Lienz-Straße 130 · Tel. +43(0)512/585407
Fax: +43(0)512/585407-18 · e-mail: med@moltoplast.com · www.moltoplast.com

MOLTOPLAST healthcare

FAVUSAN®

le système de positionnement pour l´allègement des pressions et la posture de décharge dans le cadre de la prévention et du soin de l´escarre

Conseils d´utilisation

CE 01/11

Merci d´avoir choisi le système FAVUSAN® pour la prévention et le soin de l´escarre. Vous avez pris la bonne décision! Lisez soigneusement les conseils d´utilisation suivants et tenez compte des consignes de précaution avant d´utiliser le matelas. Bien à vous, l´équipe de Moltoplast healthcare

1. Domaine d´utilisation:

FAVUSAN a été expressément conçu pour être utilisé en milieu hospitalier, maisons de retraite et maisons de retraite médicalisées. En retirant et/ou interchangeant les alvéoles, on obtient une multitude de possibilités de positionnement pour la prophylaxie et la thérapie des escarres. FAVUSAN peut être utilisé pour la réduction des pressions et/ou la posture de décharge dans le cadre du soin des escarres ou en prévention sur les zones vulnérables que ce soit au niveau de la tête (oreilles!), des épaules, dans la région dorsale ou sacrale, pour les ulcères aux talons, etc. Il permet en outre les postures suivantes: positionnement latéral (soulagement du genou), positionnement à 30°, positionnement à 45°, décharge des talons.

1.1. Indications:

Si vous constatez les indications suivantes, nous vous conseillons d´opter pour l´utilisation du système de positionnement Favusan: *risque faible à élevé de développer une escarre (jusqu`au stade 4 selon Norton) * escarre déclarée (jusqu`au stade 4, suivant Seiler) * en cas d´immobilité complète * dans le cadre de la thérapie de réduction de la douleur * pour les patients atteints de tumeur * en cas d´alitement (avec ou sans handicap physique)

1.2. Contre-indications:

aucune observée jusqu´à présent

2. Description et mode de fonctionnement:

Le système de positionnement FAVUSAN est utilisé afin d´alléger les pressions et pour la posture de décharge. En retirant les alvéoles aux endroits vulnérables on obtient une réduction très importante de la pression. Si le système est utilisé avec toutes les alvéoles, la pression exercée sur les zones à risque est réduite grâce au matériau spécifique des alvéoles qui permet un allègement des pressions et agit ainsi en prophylaxie jusqu`à la classe de risque 4 de l´échelle de Norton. Ceci est suffisant dans la plupart des cas. Si l´escarre est déjà là, la pression doit être aussi faible que possible, afin d´assurer une meilleure circulation sanguine. Le retrait d´alvéoles du système de positionnement FAVUSAN permet d´obtenir une pression extrêmement faible. La circulation sanguine est activée et le processus de cicatrisation est stimulé. Frictions et cisaillements (causés par ex. par la superposition de couvertures ou de draps) peuvent provoquer l´apparition d´une escarre. La housse en PUNL, de par sa bi-élasticité contribue de façon décisive à réduire ces risques. Les alvéoles sont conçues de façon à conserver leur forme lors de leur retrait.

3. Objet de la livraison:

- système de positionnement
- 3 alvéoles supplémentaires emballées dans un sachet (permettant divers positionnements)
- notice d´utilisation

4. Données techniques:

Dimensions standards: FAVUSAN PUNL 55 env. 200x 90x16cm, dimensions spéciales disponibles sur demande
Dimensions standards: FAVUSAN PUNL 150 env. 200x 90x16cm, dimensions spéciales disponibles sur demande
Dimensions standards: FAVUSAN PUNL 250 env. 200x100x16cm, dimensions spéciales disponibles sur demande
Dimensions standards: FAVUSAN PUNL 480 env. 220x120x16cm, dimensions spéciales disponibles sur demande
Housse: difficilement inflammable, PUNL Silver lavable jusqu´à 70°c, PUNL SL lavable jusqu´à 95°c, en autoclave jusqu´à 130°c, 4 poignées, la partie supérieure comporte une fermeture éclair double curseur, pour une ouverture vers la droite et la gauche

5. Consignes de précaution:

- protégez le système de positionnement Favusan de l´humidité et/ou des liquides;
- tenez éloignés les objets pointus et coupants;
- ne tirez sur le matelas qu´au moyen des poignées prévues à cet effet;
- en cas de non utilisation, ne superposez pas les matelas;
- laissez la fermeture éclair inférieure fermée;
- conservez les alvéoles inutilisées dans l´emballage prévu à cet effet.

6. Entretien/Inspection

Le système de positionnement FAVUSAN ne nécessite ni entretien ni inspection, il suffit d´observer les conseils d´utilisation.

7. Description/numéro d´article/fabricant:

Le système de positionnement FAVUSAN est un dispositif médical de classe I au sens de la directive européenne 93/42/EEC et est fabriqué selon la norme ISO 13485:2003. Testé par Berlin CERT comme matelas thérapeutique, niveau supérieur H.
Description: FAVUSAN PUNL®
Fabricant: **MOLTOPLAST® healthcare**, A-6020 Innsbruck- Egger-Lienz-Str. 130
Tel.: +43(0)512/585407

8. Exemples d´utilisation:



Diagnostic: escarre ou zone à risque au niveau de la tête.
Solution: remplacement des alvéoles 1, 2, 3 par 25, 28, 32 = allègement des pressions ou retrait des alvéoles 2 et/ou 1, 3 = décharge
Diagnostic: escarre de la région sacrale
Solution: retrait de l´alvéole 16 ou, si plus étendue, retrait éventuel supplémentaire de l´alvéole 19 et/ou 20.
Diagnostic: début d´escarre de stade 1 au niveau de l´épaule (droite)
Solution: remplacement des alvéoles 4, 5 et/ou 8 par les alvéoles 25, 28, 32 et/ou 35. Si l´escarre progresse, retrait complet des alvéoles 4, 5 et/ou 8.
Diagnostic: ulcère du talon
Solution: retrait des alvéoles 29, 30 ou 31! Il est également possible d´obtenir une positionnement de décharge des talons. Décharge des talons: placez verticalement les alvéoles de la rangée supérieure et disposez les alvéoles livrées en plus devant celles-ci. (voir illustration 4)
Le système est livré avec 3 alvéoles supplémentaires emballées dans un sachet.
Celles-ci peuvent être utilisées pour obtenir divers positionnements (voir illustrations 1 à 4)
Il s´agit de propositions sans engagement! Nous vous conseillons de tenir compte des signes cliniques de chaque patient et d´agir en fonction de ses besoins particuliers.

9. Consignes pour une utilisation correcte:

9.1. Il est nécessaire de continuer à mobiliser le patient. Le système de positionnement FAVUSAN permet toutefois d´espacer sensiblement les intervalles entre les mobilisations. Procédez dès lors après un laps de temps déterminé à un changement de position.
9.2. Utilisez du linge de lit ordinaire et vérifiez que le drap ne soit pas tendu; cela aurait une influence négative sur l´effet de libération de la pression.
9.3. Positionnez le patient de façon à ce que les zones vulnérables soient placées aux endroits où vous avez retiré les alvéoles.
9.4. Ouvrez la fermeture éclair inférieure pour retirer les alvéoles. Conservez celles-ci dans le sachet faisant l´objet de la livraison. Veillez à refermer la fermeture éclair.
9.5. Si le patient est couché sur son lit lorsque vous retirez les alvéoles, tournez-le sur le bord du lit. Il est peut-être nécessaire qu´une seconde personne soit présente pour maintenir le patient.
9.6. Chaque fois que vous couchez le patient, contôlez les zones vulnérables. Examinez les escarres éventuelles et vérifiez les altérations de la peau.
9.7. Indiquez dans le dossier médical du patient, où et quand vous avez retiré telle ou telle alvéole.
9.8. Si le système de positionnement FAVUSAN est réutilisé pour un nouveau patient, un entretien est nécessaire. Voir point 10. Veillez ensuite à adapter le système au nouveau patient.

10. Entretien et nettoyage

Afin de conserver son efficacité, la housse doit être régulièrement nettoyée et désinfectée. PUNL Silver peut être lavé en machine jusqu´à 70°c, PUNL® SL jusqu´à 95°c et être séché jusqu´à une température de 130°c. Pour la désinfection, n´utilisez que des produits désinfectants de marque, sans alcool, en respectant les conseils du fabricant.

11. Garantie

- la garantie suit les règles juridiques en vigueur.
- Toute garantie est exclue si la marchandise livrée par nos soins a fait l´objet de travaux, modifications ou traitement sans accord préalable de notre part ou si le mode d´emploi n´a pas été respecté.
- Si le droit à la garantie est sollicité et qu´il s´avère le cas échéant après vérification qu´il s´agit d´une usure normale ou de dommages non couverts par la garantie, nous nous réservons le droit de récupérer auprès du client les frais exposés (vérification, transport, etc).
- L´utilisation de pièces ou de composants d´autres systèmes ou d´autres fabricants ou leur combinaison, ainsi qu´une autre utilisation que celle prévue par le mode d´emploi sont proscrites. Les dommages qui en résultent n´engagent pas notre responsabilité et la garantie ne s´applique pas; les frais engagés sont à charge de l´utilisateur.